



Risposta a quesito

Avviso di indagine di mercato per l'acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura per l'affidamento della fornitura: **Lotto 1 "Cromografo", Lotto 2 "Apparecchiature di controllo e strumentazione", Lotto 3 "Strumenti di misura**, per la realizzazione delle attività di ricerca relative al progetto PO-FESR Azione 1.1.5 progetto, CUP: G48I18001100007, del titolo "Validazione di un prodotto terapeutico innovativo per la gestione del dolore cronico primario limitando l'infiammazione persistente e la neuroinfiammazione associate - **ProtiDol**".

QUESITO: Chiediamo di specificare i codici Hamilton richiesti per il lotto 3.

RISPOSTA:

Codice Hamilton tipo	Descrizione Hamilton	Tipo Serie Hamilton	Volume	Stantuffo	Terminazione
81065	1710 RNR 100UL SYR(22S/51/3)	1700	100 µL	Gas tight	Per Ago Rimovibile (RN), Mozzo piccolo (Small RN)
81165	1725 RNR 250µL SYR(22/51/3)	1700	250 µL	Gas tight	Per Ago Rimovibile (RN), Mozzo grande (Large RN)
81265	1750 RNR 500µL SYR(22/51/3)	1700	500 µL	Gas tight	Per Ago Rimovibile (RN), Mozzo grande (Large RN)
81220	1750 TLL 500ULSYR W/O STOP	1700	500 µL	Gas tight	PTFE Luer Lock (TLL)
81365	1001 RN 1mL Syr (22/51/3)	1000	1000 µL	Gas tight	Per Ago Rimovibile (RN), Mozzo grande (Large RN)
81320	1001 TLL 1mL Syr	1000	1000 µL	Gas tight	PTFE Luer Lock (TLL)

Si precisa che la scheda e i codici analitici Hamilton, integrativi di quanto già specificato nell'all. A "Condizioni esecutive della fornitura" (pag. 4, Lotto 3 Strumenti di misura), rappresentano esclusivamente i modelli tipo della fornitura che la stazione appaltante richiede, in quanto saranno ammessi tutti i prodotti con le caratteristiche minime del modello tipo e/o equivalenti degli stessi.

F.to

Il RUP

Santi Massimo Gatti