

UNIVERSITÀ degli STUDI di CATANIA

manifestazioni di interesse per l'affidamento del LOTTO 1 "DPI per la cura della persona" e del LOTTO 2 "Articoli di vetro per laboratorio", per la realizzazione delle attività di ricerca relative al progetto PO-FESR Azione 1.1.5 progetto, CUP: G48I18001100007, del titolo "Validazione di un prodotto terapeutico innovativo per la gestione del dolore cronico primario limitando l'infiammazione persistente e la neuroinfiammazione associate - ProtiDol"

**Risposte a quesiti**

**Quesiti LOTTO 2**

*Buongiorno, in merito a quanto sotto siamo a richiedere chiarimenti:*

1. *Gli imbuti gocciolatori sono stati erroneamente ripetuti o sono diversi ma non si legge una descrizione più completa? Nel primo caso, vi chiediamo di indicare esattamente quanti ne volete (30 o 60 pz l'uno)?*

**Risposta:**

**Trattasi di refuso. Si prega di offrire la quantità richiesta nel capitolato.**

2. *Tubi nmr: avete necessità di Mhz specifici? o avete un codice di riferimento che usate già per visionare le caratteristiche tecniche?*

**Risposta:**

**Specifiche tecniche richieste: MHz 600, OD 5mm, Length 7", Material Class B Glass, Thin Wall 0.43.**

3. *Potete indicare cosa intendete tra apparecchio filtrante e unità di filtrazione? Pensiamo che l'unità sia l'apparecchio completo di beuta e pinza, mentre per apparecchio si intenda solo il bicchiere sopra. Chiediamo per sicurezza delucidazioni.*

**Risposta:**

**È lo stesso sistema descritto in maniera differente, trattasi del sistema completo in entrambi i casi.**

Il RUP  
(dott.ing. Piergiorgio Ricci)

